

Logotipo do Laboratório

Relatório de Verificação de Equipamento

Laboratório

Nome	
Morada	
Contactos	Telefone
	Fax
	e-mail

Cliente

Nome	
Morada	
Contactos	Telefone
	Fax
	e-mail

Padrões

Cliente
Referência
Lote
Validade
Rastreabilidade (preferencial)
Laboratório
Referência
Lote
Validade
Rastreabilidade (preferencial)

Data da verificação	
Gama de trabalho a verificar	
Código do equipamento do Laboratório	
Código do equipamento do cliente	

Data de emissão do relatório: _____
Data da próxima verificação: _____

Crítérios de aceitação (Laboratório)	Valor Ref^a	Variação
Valor no Limite de quantificação (LQ)	0.22	+/- 0.09
Valor intermédio	0.93	+/- 0.09
Valor no extremo superior	1.62	+/- 0.09
Coeficiente de variação no LQ		10%
Coeficiente de variação restante gama		5%
Amostra real	0.72	5%

Equipamento do Laboratório

	Valor de referência (mg/L Cl)	Valor lido (mg/L Cl)	Média dos valores lidos (mg/L Cl)	Coeficiente de variação	Aceitação		Conclusão
					Padrões	Coef. Var.	
Padrões do Laboratório	0.22	0.18	0.19	5.26%	OK	OK	OK
		0.20					
		0.19					
	0.93	0.70	0.72	3.48%	NOK	OK	NOK
		0.75					
		0.72					
	1.62	1.60	1.62	1.28%	OK	OK	OK
		1.63					
		1.64					
	Amostra real	0.73	0.72	1.39%	Não aplicável	OK	OK
		0.71					
		0.72					

Logotipo do Laboratório

Relatório de Verificação de Equipamento

Critérios de aceitação (Cliente)	Valor Ref ^a	Variação
Valor no Limite de quantificação (LQ)	0.20	+/- 0.09
Valor intermédio	1.00	+/- 0.09
Valor no extremo superior	2.00	+/- 0.09
Coeficiente de variação no LQ		10%
Coeficiente de variação restante gama		5%

Equipamento do Cliente

	Valor de referência (mg/L Cl)	Valor lido (mg/L Cl)	Média dos valores lidos (mg/L Cl)	Coeficiente de variação	Aceitação		Conclusão
					Padrões	Coef. Var.	
Padrões do Cliente	0.20	0.18	0.19	5.26%	OK	OK	OK
		0.20					
		0.19					
Padrões do Cliente	1.00	0.98	0.91	10.80%	OK	NOK	NOK
		0.80					
		0.96					
Padrões do Cliente	2.00	1.98	1.95	1.57%	OK	OK	OK
		1.92					
		1.94					
Amostra	0.72	0.77	0.73	9.49%	OK	NOK	NOK
		0.77					
		0.65					

Observações

Responsável pela verificação

Nome	
Função	

Rúbrica

--